

06.02.2018
№ 10-12/206

Руководителю предприятия

О ремонте приборов ИГ-6, ИГ-7, МС-1

Сообщаем, что с 1 февраля 2018г. РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» прекращает производить ремонт, в т.ч. и Государственную поверку, приборов «Индикатор горючих газов ИГ-6» и «Измеритель концентрации горючих газов ИГ-7», в которых нарушено покрытие наружных поверхностей корпусных деталей и их целостность.

Также с указанного срока будет прекращен ремонт и проведение Государственной поверки прибора «Метанометр МС-1» с нарушенной целостностью корпусных деталей и без наличия специальной сумки (кожаного чехла), входящего в состав изделия.

Данное решение вызвано следующими обстоятельствами:

3. Предприятия, которые выполняли заказы РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» на выполнение покрытия (токопроводящее) корпусных деталей ИГ-6 и ИГ-7 и изготовления специальной сумки (чехол) для МС-1 прекратили их выполнение, без выполнения которых (заказов) невозможно обеспечить взрывозащищенность ремонтируемых изделий, что недопустимо по технике безопасности.
4. Приборы ИГ-6, ИГ-7 и МС-1, поступающие в ремонт, в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими, сняты с производства в период 2005-2007 гг., значительно превышают гарантированный предприятием-изготовителем срок службы (8 лет) и в подавляющем большинстве подлежат списанию.

В порядке информации сообщаем, что взамен МС-1 и ИГ-7 в РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» можно приобрести приборы ИГ-9 или ИГ-12, а вместо ИГ-6 – индикаторы ИГ-11 или ИГ-14.

Директор
В. М. Завальников
т. 213-09-33



Е.В.Оболенский

